Geräte-Kompatibilität

Mit einem Blick auf die Tabelle sehen Sie, welche BRAND Mikrotiter-, Deep-Well- und PCR-Platten mit Ihren Geräten wie Dispensern, Plattenreadern, Pipettierrobotern, etc. kompatibel sind. Durch Herstellerinformationen und Feedback unserer Kunden können wir die Tabelle laufend aktualisieren. Fordern Sie unverbindlich kostenlose Muster unserer Platten an (unter www.brand.de), um die Kompatibilität zu Ihrem Gerät sicherstellen zu können! Mit einer kurzen Information über das Ergebnis helfen Sie uns und anderen Anwendern, die Tabelle zu vervollständigen.

Die regelmäßig aktualisierte Tabelle finden Sie unter www.brand.de.

96-well BRAND*plates*®

	Standard: U transparent 781600 / -1660 781720 / -1780 / -1840 781960 / -1900	Standard: V transparent 781601 / -1661 781721 / -18401 781961	Standard: F transparent 781602 / -1662 781722 / -1782 / -1842 781962 / -2022 / -2082 / -1900	Standard: C transparent 781603 / -1663 781723 / -1783 / -1843 781963	Standard: U weiß 781604 781724 / -1784 / -1844 781904	Standard: F weiß 781605 / -1665 781965 / -2025 / -2085 / -1905	Standard: C weiß 781726 / -1786 / -1846 781906	Standard: U schwarz 781607 781727 / -1787 / -1847 781907	Standard: F schwarz 781608 / -1668 781968 / -2028 / -2088 / -1908	Standard: C schwarz 781729 / -1789 / -1849 781909	mit transp. Boden: F weiß 781610 / -1670 781850 781970 / -2030 / -2090 / -1910	mit transp. Boden: F schwarz 781611 / -1671 781731 / -1851 781971 / -2031 / -2091 / -1911
Dispenser												
BioTek Instruments GmbH												
µFill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MicroFlo™ Select	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NanoQuot	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HCS-Reader												
innovatis AG												
Cellavista Analyzer	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	•	•
Mikrofluidik												
Caliper LifeSciences GmbH												
LabChip® 3000												
Platteninkubatoren												
BMG LABTECH GmbH												
THERMOstar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plattenreader												
Analytik Jena AG												
FLASHScan	•[2]	•[2]	•	•	•[2]	•[2]	•[2]	•[2]	•[2]	•[2]	•	•
SpeedScan	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Berthold Detection Systems GmbH												
MLP1	–	–	–	–	•	•	•	•[1]	•[1]	•[1]	•	•[1]
MLP2	–	–	–	–	•	•	•	•[1]	•[1]	•[1]	•	•[1]
Orion II	–	–	–	–	•	•	•	•[1]	•[1]	•[1]	•	•[1]
Orion L	–	–	–	–	•	•	•	•[1]	•[1]	•[1]	•	•[1]
BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co.KG												
Apollo-1 LB 911					–	–	–	–	–	–	•	•
Apollo-8 LB 912	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	•	•
Centro / Centro XS3 LB 960	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	•	–
CentroLIA LB 961	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–[4]	–[4]
CentroLIA*pc* LB 962	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–[4]	–[4]
Mithras LB 940	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TriStar LB 941	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Twinkle LB 970	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–	•
BioTek Instruments GmbH												
µQuant					–	–	–	–	–	–	•[1]	•[1]
Clarity					•	•	•	–	–	–	•	–
ELx800					–	–	–	–	–	–	•[1]	•[1]
FLx800					•	•	•	•	•	•	•	•
PowerWave					–	–	–	–	–	–	•[1]	•[1]
Synergy 2					•	•	•	•	•	•	•	•
Synergy HT					•	•	•	•	•	•	•	•
BMG LABTECH GmbH												
FLUOstar Omega	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FLUOstar OPTIMA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LUMIstar Omega	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	•	–
LUMIstar OPTIMA	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	•	–
NEPHELOstar												
NOVOstar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PHERAstar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
POLARstar Omega	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
POLARstar OPTIMA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RUBYstar	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–	–
Spectrostar Omega	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	•	•
STRATEC Biomedical Systems AG												
Photuris												

384-well BRAND*plates*®

	Standard: F transparent 781620 / -1680 781740 / -1800 / -1860 781980 / -2040 / -2100 / -1920	Standard: F weiß 781621 / -1681 781741 / -1801 / 1861 781981 / -1921	Standard: F schwarz 781622 / -1682 781742 / -1802 / -1862 781982 / -1922	Std., Low Volume: F transparent 781623 / -1683 781863 781983	Std., Low Volume: F weiß 781624 / -1684 781864 781984	Std., Low Volume: F schwarz 781625 / -1685 781865 781985	Standard, UV: F UV-transparent 781628 / -1688	mit transp. Boden: F weiß 781626 / -1686 781866 781986 / -2046 / -2106 / -1926	mit transp. Boden: F schwarz 781627 / -1687 781867 781987 / -2047 / -2107 / -1927
Dispenser									
BioTek Instruments GmbH									
µFill	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MicroFlo™ Select	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NanoQuot	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HCS-Reader									
innovatis AG									
Cellavista Analyzer	•	–	–	–	–	–	•	•	•
Mikrofluidik									
Caliper LifeSciences GmbH									
LabChip® 3000				•	•	•			
Platteninkubatoren									
BMG LABTECH GmbH									
THERMOstar	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plattenreader									
Analytik Jena AG									
FLASHScan	•	•[2]	•[2]	•	•[2]	•[2]	•	•	•
SpeedScan	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Berthold Detection Systems GmbH									
MLP1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MLP2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Orion II	–	•	•[1]	–	–[4]	–[4]	–	–[4]	–[4]
Orion L	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co.KG									
Apollo-1 LB 911	•	–	–	•	–	–	•	–	–
Apollo-8 LB 912	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Centro / Centro XS3 LB 960	–	–	–	–	•	–	–	•	–
CentroLIA LB 961	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CentroLIA*pc* LB 962	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mithras LB 940	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TriStar LB 941	–	–	–	•	•	•	–	•	•
Twinkle LB 970	–	–	•	–	–	•	–	–	•
BioTek Instruments GmbH									
µQuant	•	–	–	•	–	–	•	•[1]	•[1]
Clarity	–	•	–	–	•	–	–	–	–
ELx800	•	–	–	•	–	–	•	•[1]	•[1]
FLx800	–	•	•	–	•	•	–	•	•
PowerWave	•	–	–	•	–	–	•	•[1]	•[1]
Synergy 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Synergy HT	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BMG LABTECH GmbH									
FLUOstar Omega	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FLUOstar OPTIMA	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LUMIstar Omega	–	•	–	–	•	–	–	•	–
LUMIstar OPTIMA	–	•	–	–	•	–	–	•	–
NEPHELOstar		–	–		–	–			
NOVOstar	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PHERAstar	•	•	•	•	•	•	•	•	•
POLARstar Omega	•	•	•	•	•	•	•	•	•
POLARstar OPTIMA	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RUBYstar	–	•	•	–	•	•	–	•	•
Spectrostar Omega	•	–	–	•	–	–	•	•	•
STRATEC Biomedical Systems AG									
Photuris	•	•	•	•	•	•	•	•	•

1536-well BRANDplates®, Deep-Well Platten, PCR-Platten

	1536 Standard: F transparent 781640 / -1700 782000	1536 Standard: F weiß 781641 / -1701 782001	1536 Standard: F schwarz 781642 / -1702 782002	Deep-Well: 96-well, PP, 0,3 ml 701330	Deep-Well: 96-well, PP, 0,5 ml 701346	Deep-Well: 96-well, PP, 1,1 ml 701350	Deep-Well: 96-well, PS, 1,1 ml 701352	Deep-Well: 96-well, PP, 2,2 ml 701354	Deep-Well: 384-well, PP, 0,3 m 701355	PCR: 96-well, ohne R. 781350	PCR: 96-well, erhöhter R. 781352	PCR: 96-well, ganzer R. 781353	PCR: 96-well, halber R. 781400	PCR: 384-well, ganzer R. 781345	PCR: 384-well, ganzer R. 781347	PCR: 384-well, ganzer R. 781348
Dispenser																
BioTek Instruments GmbH																
µFill	–	–	–	•	•	•	•	•	•							
MicroFlo™ Select	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NanoQuot	•	•	•													
HCS-Reader																
innovatis AG																
Cellavista Analyzer	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mikrofluidik																
Caliper LifeSciences GmbH																
LabChip® 3000	–	–	–													
Platteninkubatoren																
BMG LABTECH GmbH																
THERMOstar	•	•	•													
Plattenreader																
Analytik Jena AG																
FLASHScan	•	•[2]	•[2]	•[2]						•[2]	•[2]	•[2]	•[2]	•[2]	•[2]	•[2]
SpeedScan	–	–	–	•						•	•	•	•	•	•	•
Berthold Detection Systems GmbH																
MLP1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MLP2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Orion II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Orion L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co.KG																
Apollo-1 LB 911	–	–	–													
Apollo-8 LB 912	–	–	–													
Centro / Centro XS3 LB 960	–	–	–													
CentroLIA LB 961	–	–	–													
CentroLIA*pc* LB 962	–	–	–													
Mithras LB 940	•	•	•													
TriStar LB 941	–	–	–													
Twinkle LB 970	–	–	–													
BioTek Instruments GmbH																
µQuant	–	–	–													
Clarity	–	–	–													
ELx800	–	–	–													
FLx800	–	–	–													
PowerWave	–	–	–													
Synergy 2	•	–	•													
Synergy HT	–	–	–													
BMG LABTECH GmbH																
FLUOstar Omega	–	–	•													
FLUOstar OPTIMA	–	–	•													
LUMIstar Omega	–	–	–													
LUMIstar OPTIMA	–	–	–													
NEPHELOstar	–	–	–													
NOVOstar	–	–	–													
PHERAstar	•	•	•													
POLARstar Omega	–	–	•													
POLARstar OPTIMA	–	–	•													
RUBYstar	–	–	–													
Spectrostar Omega	–	–	–													
STRATEC Biomedical Systems AG																
Photuris	•	•	•													

Version 04/08

□ = nicht getestet, • = geeignet, •[1] = nur selten verwendet, •[2] = nur Top Reading, •[3] = mit Adapter, - = nicht geeignet, -[4] = nicht empfehlenswert

Geräte-Kompatibilität

Mit einem Blick auf die Tabelle sehen Sie, welche BRAND Mikrotiter-, Deep-Well- und PCR-Platten mit Ihren Geräten wie Dispensern, Plattenreadern, Pipettierrobotern, etc. kompatibel sind. Durch Herstellerinformationen und Feedback unserer Kunden können wir die Tabelle laufend aktualisieren. Fordern Sie unverbindlich kostenlose Muster unserer Platten an (unter www.brand.de), um die Kompatibilität zu Ihrem Gerät sicherstellen zu können! Mit einer kurzen Information über das Ergebnis helfen Sie uns und anderen Anwendern, die Tabelle zu vervollständigen.

Die regelmäßig aktualisierte Tabelle finden Sie unter www.brand.de.

	96-well BRANDplates®														384-well BRANDplates®												1536-well BRANDplates®			Deep-Well Platten						PCR-Platten						
	Standard	transparent	transparent	transparent	transparent	weiß	weiß	weiß	schwarz	schwarz	schwarz	**mit transp. Boden**	weiß	schwarz	**Standard**	transparent	weiß	schwarz	**Std., Low Volume**	transparent	weiß	schwarz	**Standard, UV**	UV-transparent	**mit transp. Boden**	weiß	schwarz	**Standard**	transparent	weiß	schwarz	96-well, PP, 0,3 ml	96-well, PP, 0,5 ml	96-well, PP, 1,1 ml	96-well, PS, 1,1 ml	96-well, PP, 2,2 ml	384-well, PP, 0,3 m	96-well, ohne R.	96-well, erhöhter R.	96-well, ganzer R.	96-well, halber R.	384-well, ganzer R.	384-well, ganzer R.	384-well, ganzer R.
	U		V	F		U	F	C	U	F	C		F	F	F		F	F	F		F	F	F		F	F	F	F																
	781600 / -1660	781720 / -1780 / -1840	781960 / -1900	781601 / -1661	781721 / -18401	781961	781602 / -1662	781722 / -1782 / -1842	781962 / -2022 / -2082 / -1900	781603 / -1663	781723 / -1783 / -1843	781963	781604	781724 / -1784 / -1844	781904	781605 / -1665	781965 / -2025 / -2085 / -1905	781726 / -1786 / -1846	781906	781607	781727 / -1787 / -1847	781907	781608 / -1668	781968 / -2028 / -2088 / -1908	781729 / -1789 / -1849	781909	781610 / -1670	781850	781970 / -2030 / -2090 / -1910	781611 / -1671	781731 / -1851	781971 / -2031 / -2091 / -1911	781620 / -1680	781740 / -1800 / -1860	781980 / -2040 / -2100 / -1920	781621 / -1681	781741 / -1801 / -1861	781981 / -1921	781622 / -1682	781742 / -1802 / -1862	781982 / -1922	781623 / -1683	781863	781624 / -1684	781864	781984	781625 / -1685	781865	781985	781628 / -1688	781626 / -1686	781866	781986 / -2046 / -2106 / -1926	781627 / -1687	781867	781987 / -2047 / -2107 / -1927	781640 / -1700	782000	781641 / -1701	782001	781642 / -1702	782002	701330	701346	701350	701352	701354	701355	781350	781352	781353	781400	781345	781347	781348
Pipettierroboter																																																								
Analytik Jena AG																																																							
FasTrans	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●
Beckman Coulter GmbH																																																						
Biomek 2000	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		–	–	–																
Biomek 3000	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		–	–	–																
Biomek FX	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●																
Biomek NX	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●																
Multimek	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●																
BioTek Instruments GmbH																																																						
Precision	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		–	–	–				●	●	●	●	●	●	
Caliper LifeSciences GmbH																																																						
Sciclone	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		● [3]	● [3]	● [3]				●	●	●	●	●	●	●
Zephyr	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		● [3]	● [3]	● [3]				● [3]	● [3]	●	● [3]	●	●	●
ltf labortechnik GmbH & Co KG																																																						
CAS-1200	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		● [1]	● [1]	● [1]				●	●	●	●	●	●	●
CAS-4200	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		–	–	–				●	●	●	●	●	●	●
CAS-4800	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		–	–	–	–	–	–		–	–		–	–	–		–	–	–				●	●	●	●	–	–	–
STRATEC Biomedical Systems AG																																																					
Reflex																●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		–	–	–																
Washer																																																					
BioTek Instruments GmbH																																																					
ELx405	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●					●	●		●	●	●		–	–	–																
ELx50	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●					●	●		●	●	●		–	–	–																

Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und beraten. Die Übertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungswerten und Ergebnissen unter Testbedingungen auf den konkrekten Anwendungsfall hängt jedoch von viele Faktoren ab, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten deshalb um Verständnis, dass aus unserer Beratung keine Ansprüche abgeleitet werden können. Die Übertragbarkeit ist daher im Einzelfall von Ihnen selbst sehr sorgfältig zu überprüfen.
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

BRAND GMBH + CO KG · Postfach 1155 · 97861 Wertheim · Germany · Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-236 · E-Mail: info@brand.de · Internet: www.brand.de

□ = nicht getestet, ● = geeignet, ●[1)] = nur selten verwendet, ●[2)] = nur Top Reading, ●[3)] = mit Adapter, - = nicht geeignet, -[4)] = nicht empfehlenswert