


# 1 – 20 µl Filterspitze 732506

PRODUKT-  
INFORMATION




Abmessungen in mm

<b>Volumen</b>	1 – 20 µl
<b>Material</b>	PP, Filter PE; autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285
<b>Farbe</b>	farblos
<b>Verpackung</b>	Lose im Beutel
<b>Qualität</b>	Fertigung im Reinraum der Klasse 8 gemäß ISO 14644-1 CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG

# 1 – 20 µl Filterspitze

## 732606 | 732706

PRODUKT-  
INFORMATION



Abmessungen in mm

<b>Volumen</b>	1 – 20 µl
<b>Material</b>	PP, Filter PE; autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285
<b>Farbe</b>	farblos
<b>Verpackung</b>	palettiert
<b>Qualität</b>	Reinraum Klasse 8 gemäß ISO 14 644-1, Frei von DNA*, RNase und DNase, Frei von Pyrogenen gemäß LAL-Test**, CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG




\* humane und bakterielle DNA, \*\* gemäß Limulus Amebocyte Lysate (LAL) Test, Nachweisgrenze 0,01 EU/ml

# 1 – 20 µl Filterspitze

## 732626 | 732726



PRODUKT-  
INFORMATION



Abmessungen in mm

<b>Volumen</b>	1 – 20 µl
<b>Material</b>	PP, Filter PE; autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285
<b>Farbe</b>	farblos
<b>Verpackung</b>	palettiert
<b>Qualität</b>	Reinraum Klasse 8 gemäß ISO 14 644-1, Frei von DNA*, RNase und DNase, Frei von Pyrogenen gemäß LAL-Test**, Steril gemäß ISO 11137, Frei von ATP, CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG



\* humane und bakterielle DNA, \*\* gemäß Limulus Amebocyte Lysate (LAL) Test, Nachweisgrenze 0,01 EU/ml