



	ohne Rahmen										halber Rahmen						e. h. R.*		ganzer Rahmen						
	7814 11	7814 12	7814 15	7814 16	7813 66	7813 67	7813 68	7813 69	7813 50	7813 54	7814 00	7813 57	7813 64	7813 71	7813 72	7813 75	7813 76	7813 73	7813 74	7813 77	7813 78	7813 45	7813 47	7813 58	
<b>Weißer Färbung</b>		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x					x
<b>Well-Anzahl</b>	24	48	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	384	384	384		
<b>Standard well</b>	x	x					x	x		x					x										
<b>Low Profile well</b>					x							x	x					x		x					
<b>Cut corner</b>					H12		A12		H12		H12	H12	A12		A12		A1		H1		A24+P24	A24		A24+P24	
<b>Ericomp</b>																									
Single Block	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•										
Twin Block	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•										
Power Block					•	•	•	•	•						•										
Delta Cycler	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•										
<b>Esco</b>																									
Swift							•																	•	
<b>Flexi</b>																									
Gene							•													•				•	
Genius							•													•				•	
<b>G-Storm</b>																									
GS1/ GS4/ GSX					•		•							•	•										
<b>Labnet</b>																									
MultiGene™ OptiMax							•																		
<b>Thermo Hybaid</b>																									
Multi Block System	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Omnigene	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Omn-E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
PCR-Express	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
PCR-Sprint	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
pxe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
px2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Touchdown	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>MWG®</b>																									
Primus 96	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Primus 384																					•	•	•	•	
The Q LifeCycler					•		•																		
<b>PEQLAB®</b>																									
peqStar 96	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
peqSar 96X Universal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
peqSar 96X Univ. Gradient	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
peqStar 96X HPL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
peqStar 96X HPLGradient	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
peqStar 384X HPL																					•	•	•	•	
<b>Roche®</b>																									
LightCycler® 480												•												•	
<b>STRATAGENE®</b>																									
Robocycler	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•					•	•	•	•	•	
Robocycler Gradient	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•					•	•	•	•	•	
Mx 3000	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•										
Mx 3000 P					•		•								•										
Mx 3005 P					•		•								•										
Mx 4000	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•										
<b>TaKaRa®</b>																									
TP2400																					•	•	•	•	
TP3000	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•					•	•	•	•	•	
<b>TECHNE®</b>																									
TC-412	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Flexigene	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Genius	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Genius Quad					•		•								•					•	•	•	•	•	
TC-512	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Touchgene Gradient					•		•								•					•	•	•	•	•	
Touchgene X					•		•								•					•	•	•	•	•	
TC-3000X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-										-	-				
Quantica																									
Cyclogene					•		•								•					•	•	•	•	•	
<b>TRANSGENOMIC®</b>																									
Wave System																					•	•	•	•	
<b>VWR</b>																									
UNO <sup>96</sup>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UNO <sup>96</sup> Gradient	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UNO <sup>96</sup> HPL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UNO <sup>96</sup> HPL Gradient	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UNO <sup>384</sup> HPL																					•	•	•	•	

\* e. h. R. = erhöhter halber Rahmen

• = geeignet

- = nicht geeignet

□ = keine Information

Stand: 0118

**Selbstklebende PCR-Verschlussfolien finden Sie unter [www.brand.de](http://www.brand.de) oder im aktuellen Gesamtkatalog.**

BRAND® und das hier abgebildete BRAND® Wort-Bild-Zeichen sind Marken der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland.

In dieser Tabelle genannte Fremdmarken und Warenzeichen werden lediglich zu Referenzzwecken wiedergegeben und sind Eigentum der nachfolgend aufgeführten Inhaber:

**Wiedergegebene Marke**

Agilent®  
 AMERSHAM®  
 APPLIED BIOSYSTEMS®  
 AriaMx®  
 BECKMAN®  
 BIOMETRA®  
 BIORAD®  
 Eppendorf®  
 LightCycler®  
 Mastercycler®

**Inhaber**

Agilent Technologies, Inc., USA  
 GE HEALTHCARE LIMITED, GB  
 Applied Biosystems LLC, USA  
 Agilent Technologies, Inc., USA  
 Beckman Coulter, Inc., USA  
 Biometra Biomedizinische Analytik GmbH, Deutschland  
 BIO-RAD LABORATORIES GMBH, Deutschland  
 Eppendorf AG, Deutschland  
 Roche Diagnostics GmbH, Deutschland  
 Eppendorf AG, Deutschland

**Wiedergegebene Marke**

MegaBace®  
 MJ RESEARCH®  
 MWG®  
 PEQLAB®  
 Roche®  
 STRATAGENE®  
 TaKaRa®  
 TECHNE®  
 TRANSGENOMIC®

**Inhaber**

GE Healthcare Bio-Sciences AB, GB  
 BIO-RAD LABORATORIES, INC., USA  
 MWG BIOTECH AG, Deutschland  
 PEQLAB Biotechnologie GmbH, Deutschland  
 F. Hoffmann-La Roche AG, Schweiz  
 Agilent Technologies, Inc., USA  
 TAKARA SHUZO CO., LTD., Japan  
 TECHNE INCORPORATED, USA  
 Transgenomic, Inc., USA

